

伟伦医疗设备（苏州）有限公司 视力筛选仪 6000 台/年建设项目 竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），2021 年 4 月 29 日，伟伦医疗设备（苏州）有限公司组织环保验收监测单位（中新苏州工业园区清城环境发展有限公司）及报告编制单位（江苏惠润环保科技有限公司）的代表及专业技术人员组成验收工作组（名单附后），对“伟伦医疗设备（苏州）有限公司视力筛选仪 6000 台/年建设项目”进行竣工环境保护验收。

验收工作组根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目竣工环境保护验收监测报告表、环境影响报告表及苏州高新区环境保护局《关于对伟伦医疗设备（苏州）有限公司视力筛选仪 6000 台/年建设项目环境影响登记表的审批意见》（苏新环项[2016]443 号）等文件，经听取汇报、现场踏勘、审阅相关资料和讨论，提出竣工环境保护验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州市高新区科技城锦峰路 8 号 9 号楼 3 层北

建设性质：扩建

建设规模及建设内容：生产视力筛选仪 6000 台/年，配有红外 LED 测试盒 1 套、背景信号测试盒 1 套、VS100 电气安全测试仪 1 套、VS 老化台车 1 套。

项目定员 20 人，年工作约 125 天，每天工作 8 小时，年工作 1000 小时。

（二）建设审批情况

2016 年 8 月，公司拟在 9 号楼 3 楼建设视力筛选仪 6000 台/年项目，编制了《伟伦医疗设备（苏州）有限公司视力筛选仪 6000 台/年建设项目环境影响登记咨询表》。于 2016 年 11 月 02 日获取了《关于对伟伦医疗设备（苏州）有限公司视力筛选仪 6000 台/年建设项目环境影响登记表的审批意见》（苏州国家高新技术产业开发区环境保护局，苏新环项[2016]487 号）。项目于 2016 年 12 月开工建设，2018 年 11 月开始进行调试，2021 年 3 月 4 日至 5 日，中新苏州工业园区清城环境发展有限公司对本项目进行了竣工环保验收监测，江苏惠润环保科技有限公司依据监测结果等编制了本项目竣工环保验收监测报告表。

纸箱、塑料袋等固废堆放区域 1m² 位于组件仓库北侧。

(5) 其他环境保护设施

无需其他环境保护设施。

四、环境保护设施效果及污染物排放情况

2021 年 3 月 4 日~5 日, 中新苏州工业园区清城环境发展有限公司对本项目进行了现场验收监测, 验收期间监测结果如下:

(1) 工况

本项目生产设备正常运行, 环保设施正常运转, 产品生产负荷大于 75%, 满足建设项目竣工验收监测工况条件的要求。

(2) 污染物排放情况

1、噪声

验收监测期间, 厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类功能区标准。

2、固体废物

本项目各类固废均得到妥善处置, 实现零排放。

3、废水

企业无单独排放口, 生活污水与产业园内其他企业生活污水混合处理后排放, 无法单独采样。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》, 验收工作组认为: “伟伦医疗设备(苏州)有限公司视力筛选仪 6000 台/年建设项目”竣工环保设施验收合格。

六、后续要求

1. 严格按照本项目环评报告及其批复要求进行生产活动。
2. 加强内部环境管理, 确保各类污染物长期稳定达标排放。

附: 1. 参会人员签到表;

2. 建设项目竣工环境保护验收监测报告。

孙东 陈德超 张霞

伟伦医疗设备(苏州)有限公司

2021 年 4 月 29 日